

Република Србија
Универзитет у Нишу
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 81
Број: 01-11897/3-1
У Нишу, 10.01.2014. године

**Комисија за јавну набавку добра, ЈН 22/14
- ПРОИЗВОДИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ НАМЕНЕ-
(Предметна набавка обликована је у 7 партија)**

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12), Комисија доставља питања потенцијалних понуђача и одговоре

Питања су следећа:

1. Према Вашем јавном позиву ЈН 22/14 Лабораторијска опрема, Партија 6- пипетори, молим Вас да појасните следеће:
 - Ставка 2 - тражена је аутоматска пипета 0,1-2,5 милилитара. Да ли је грешка, да ли су у питању микролитри? Да ли је одговарајуће понудити запремину 0.1-2.0 микролитра?
2. На неким обрасцима конкурсне документације стоји на месту датума 2014.година. Да ли је дозвољено прецртати тај датум и поред написати 2015.година“

ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

1. У питању је грешка и треба да стоји **микролитар** уместо милилитара. Такође, могуће је понудити одговарајуће пипете запремине 0.1-2.0 микролитра.
2. Грешком у неким обрасцима конкурсне документације стоји на месту датума 2014.година, и **наручилац дозвољава да се прецрта на месту датума 2014.година и да се напише 2015.година**, у обрасцима где је грешка начињена.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ