

Република Србија Универзитет у Нишу
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:01-4491/6
Ниш 25.05.2016.

Комисија за јавну набавку добара у отвореном поступку, **ЈН 09/16 - хемикалије за потребе науке и наставе**

Предмет: питања односно додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда одговори Комисије

ПИТАЊЕ 1

Потенцијални понуђач је дана 23.05.2016. године у 9.59 доставио захтев следеће садржине:

„Poštovani, molim Vas da iz partije 5. JN 09/16 izdvojite stavke 2. i 3. u posebnu partiju, jer su od drugog proizvođača, kako bi se omogućilo i ostalim ponuđačima da učestvuju u pomenutoj partiji“.

Одговор Комисије:

Комисија за јавну набавку 09/16 – хемикалије за потребе науке и наставе донела је одлуку да уважи сугестију потенцијалног понуђача те ће, у том смислу, изменити конкурсну документацију на начин што ће се од Партије 5 формирати две партије Партија 5а – хемикалије за анализу РНК и Партија 5б-реагенси за транскрипцију РНК.

ПИТАЊЕ 2

Потенцијални понуђач је дана 23.05.2016. године у **1.31** доставио захтев следеће садржине:

U partiji 15(b) su grupisana dobra - artikli, koja po svojoj prirodi i prema proizvodnim programima proizvođača, nisu nužno srodna. Iz ovog razloga, molimo da naručilac razmotri mogućnost izdvajanja dodatne partije. Ovo je naročito važno, ako se uzme u obzir član 76. stav 6 i član 10, kao i član 32 i član 72 stav 3, a u vezi sa članom 3, stavom 1, tačkom 32, Zakona o javnim nabavkama. Ovim članovima je propisano da naručilac, svojim postupanjem ne vrši diskriminaciju ponuđača, odnosno, obezbeđuje konkurenciju.

Da li je moguće promeniti konkursnu dokumentaciju u smislu da stavke 1 i 2 partije 15(b) - Ostali kitovi, budu u posebnoj partiji?

Одговор Комисије:

Комисија за јавну набавку 09/16 – хемикалије за потребе науке и наставе донела је одлуку да уважи сугестију потенцијалног понуђача те ће, у том смислу, изменити конкурсну документацију на начин што ће се од Партије 15 (б) - Остали китови формирати две партије: Партија 15 (б): Китови за изоловање ДНК и РНК
Партија 15 (в): Остали китови

ПИТАЊЕ 3

Потенцијални понуђач је дана 23.05.2016. године у **4.00** доставио захтев следеће садржине:

„Postovani,

Molimo Vas da nam odgovorite na pitanja vezano za javnu nabavku broj 09/16.

Partija 1g,

Ставка 3, нико од реомираних произвођача нема тражену хемикалију у свом програму.. да ли нам можете навести каталоски број хемикалије коју сте до сада користили како бисмо могли да Вам понудимо одговарајучу хемикалију

Ставка 5, с обзиром да Вам је испоручивана хемикалија која је естра пиуре а не па како сте навели у документацији, да ли може да се понуди N,N-метилен бисакриламид естра пиуре?

Ставка 11, с обзиром да нико од реомираних произвођача нема атропин па квалитета, да ли може да се понуди атропин чистоће 99%?

СТАВКА, 12, с ОБЗИРОМ ДА НИКО ОД РЕНОМИРАНИХ ПРОИЗВОЂАЧА У ПОНУДИ НЕМА ТРАЗЕНУ ХЕМИКАЛИЈУ ПА КВАЛИТЕТА, ДА ЛИ МОЖЕ ДА СЕ ПОНУДИ ХЕМИКАЛИЈА ЧИСТОЋЕ 99%?

Унапред хвала,

Одговор Комисије:

Одговор за ставку 3 Партије 1г: Комисија за јавну набавку 09/16 – хемикалије за потребе науке и наставе донела је одлуку да уважи сугестију потенцијалног понуђача те ће, у циљу појашњења, изменити конкурсну документацију тако што ће уз назив хемикалије из става 3 додати речи “ SC-211935 или одговарајући”.

Одговор за ставку 5 Партије 1г: Комисија за јавну набавку 09/16 – хемикалије за потребе науке и наставе донела је одлуку да уважи сугестију потенцијалног понуђача те ће у том смислу изменити конкурсну документацију тако што ће техничком спецификацијом за ставку 5- N,N-метилен-бисакриламид, 100гр, п.а., Партије 1г предвидети да ће наручилац прихватити N,N-метилен-бисакриламид, 100гр , чистоће 99% .

Одговор за ставку 11 Партије 1г: Комисија за јавну набавку 09/16 – хемикалије за потребе науке и наставе донела је одлуку да уважи сугестију потенцијалног понуђача те ће у том смислу изменити конкурсну документацију тако што ће техничком спецификацијом за ставку 11- Атропин, п.а., Партије 1г предвидети да ће наручилац прихватити Атропин чистоће 99% .

Одговор за ставку 12 Партије 1г: Комисија за јавну набавку 09/16 – хемикалије за потребе науке и наставе донела је одлуку да уважи сугестију потенцијалног понуђача те ће у том смислу изменити конкурсну документацију тако што ће техничком спецификацијом за ставку 12- Барбитон (диетил барбитурна киселина), п.а., 1,3-diethyl-2-chiobarbituric acid, 99%, 250гр, Acros Organics или одговарајући Партије 1г предвидети да ће наручилац брисати речи п.а.

ПИТАЊЕ 4

Потенцијални понуђач је дана 25.05.2016. године доставио захтев следеће садржине:

„Партија 1г,

Ставка 27. С обзиром да нико од реомираних произвођача нема тражену хемикалију п.а. квалитета, да ли може да се понуди хемикалија на којој нема назнака да је квалитет п.а.?

Ставка 38, С обзиром да нико од реомираних произвођача нема декларисану хемикалију п.а. квалитета, да ли може да се понуди фенацетин 97%?”

Одговор за ставку 27. Партије 1г: Комисија за јавну набавку 09/16 – хемикалије за потребе науке и наставе донела је одлуку да уважи сугестију потенцијалног понуђача те ће у том смислу изменити конкурсну документацију тако што ће техничком спецификацијом за ставку 27- Пентоксифилин, п.а. Партије 1г предвидети да ће наручилац брисати речи п.а.

Одговор за ставку 38. Партије 1г: Комисија за јавну набавку 09/16 – хемикалије за потребе науке и наставе донела је одлуку да уважи сугестију потенцијалног понуђача те ће у том смислу изменити конкурсну документацију тако што ће техничком спецификацијом за ставку Фенацетин, 500гр, п.а, Партије 1г, предвидети да ће наручилац прихватити чистоћу 97%

С обзиром на то да су питања потенцијалних понуђача упућена наручиоцу у року који је краћи од 8 дана од протеча рока за достављање понуда, нарфучилац је, сагласно члану 63.став. 5 Закона о јавним набавкама дужан да продужи рок за достављање понуда. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, наручилац ће, сагласно члану 57. Закона о јавним набавкама објавити на Порталу Управе за јавне набавке и својој интернет страници као и на Порталу Службеног гласника Републике Србије.

Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, питања и одговори Комисије биће објављени на на Порталу Управе за јавне набавке и ј интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 09/16

У складу са тим, поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, . 14/15 и 68/15), Комисија даје следећи

О Д Г О В О Р

1. (одговор на став 1. Захтева за додатно појашњење)

У Партији 1. Симулатор – цело тело са рукама које имају интравенски пут – за вежбање основних и напредних поступака оживљавања, нема потребе да домет бежичног функционисања односно управљања таблет ПЦ-јем буде већи од 300м. Због инфраструктуре Факултета и потребама за извођење вежби из ургентне медицине у реалистичним условима (контролна соба СИМ центра – и део где се у вањским условима симулира вежба у нпр. саобраћајној несрећи, професор који води вежбу види студенте) домет бежичног функционисања може бити минимум **200 м**.

2. (одговор на став 2. Захтева за додатно појашњење)

У Партији 1. Симулатор – цело тело са рукама које имају интравенски пут – за вежбање основних и напредних поступака оживљавања, симулатор може да поседује могућност рада по ЕРЦ смерницама али мора да има могућност промене параметара било кад у току рада

3. (одговор на став 3. Захтева за додатно појашњење)

У Партији 2. Симулатор порођаја – лутка жене са новорођенчетом, симулатор може да поседује могућност рада по ЕРЦ смерницама али мора да има могућност промене параметара било кад у току рада.

4. (одговор на став 4. Захтева за додатно појашњење)

У Партији 3. Симулатор – лутка детета од 5 – 8 година, симулатор може да поседује могућност рада по ЕРЦ смерницама али мора да има могућност промене параметара било кад у току рада.

5. (одговор на став 5. Захтева за додатно појашњење)

У Партији 4. Симулатор (лутка) – цело тело за вежбање обезбеђења дисајног пута, КПР и аускултацију тонова срца и плућа, симулатор може да поседује могућност рада по ЕРЦ смерницама

6. (одговор на став 5. Захтева за додатно појашњење)

У Партији 4. Симулатор (лутка) – цело тело за вежбање обезбеђења дисајног пута, КПР и аускултацију тонова срца и плућа, Комисија ће прихватити да се тонови при аускултацији чују помоћу обичног или специјалног стетоскопа који морају бити део обавезног сета.