

Република Србија Универзитет у Нишу
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:01-5445/5
Ниш 09.06.2016.

Комисија за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности , **ЈН 11/16 - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ**

Предмет: Питања односно додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда одговори Комисије

ПИТАЊЕ 1

Потенцијални понуђач је дана 06.06.2016. године доставио захтев следеће садржине:

Замолили бисмо вас да нам појасните следеће везано за јавну набавку Лабораторијски потрошни материјал, ЈН 11/16

Најљубазније бисмо вас замолили да из партије 1 издвојите ставке 45,46, 47,56,57 и 131 Као засебну партију и тиме омогућите већем броју понуђача да учествује у поступку јавне набавке

Одговор Комисије:

Комисија за јавну набавку 11/16 – лабораторијски потрошни материјал донела је одлуку да не издваја наведене ставке у посебну партију на начин како то тражи понуђач. Став Комисије је да наведене ставке припадају Партији 1 - општи лабораторијски потрошни материјал. Према искуству из претходних набавки ове ставке су набављане у оквиру наведене партије и увек се јављао већи број понуђача. Комисија подсећа понуђаче да постоји могућност учествовања на тендеру са подизвођачем.

ПИТАЊЕ 2

Потенцијални понуђач је дана 07.06.2016. године доставио захтев следеће садржине: Поставани,

Молимо Вас да нам одговорите на питања , везана ја јавну набавку ЈН 11/16

Партја 1

Ставка 1, да ли може да се понуди аван порцелански фи 75мм?

Ставка 27, гуч Г-4, која порозност вам треба?

Ставка 49, комора за бројање крвних елемената. С обзиром да им доста различитих комора за бројање, да ли Вам одговара да Вам понудимо коморе по Неубауер-у?

Ставка 107, порцеланска посуда за упаравање, који дијаметар Вам одговара?

Ставка 110, порцелански лонциц за зарење, који дијаметар Вам одговара?

Ставка 130, техноцка вага. До које тезине Вам треба вага и које тацности?

Одговор Комисије:

-Ставка 1.- Понуђачи могу понудити порцулански аван- спољашњег пречника 75мм до 105мм и пистиле глазиране дужине 115-135мм

-Ставка 27 - Понуђачи могу понудити гуџеве који су у облику левка запремине 50-75мл порозности средње или велике

-Ставка 49 – Понуђачи могу понудити коморе по Neubauer-у?

-Ставка 107.- Понуђачи могу понудити порцеланску шољу за упаравање запремине 35-250мл и дијаметра 63-120мм .

-Ставка 110.- – Понуђачи могу понудити порцулански лончић за жарење- одговарају нам лончићи средње и високе форме запремине 10-35мл, дијаметра 30-45мм

-Ставка 130 – тражена је **техничка вата** а не вага

ПИТАЊЕ 3

Postovani,

U predmetnoj javnoj nabavci, partija 6, stavka 2, trazena je automatska pipeta od 0.1 do 2.5 ul. Da li je dozvoljeno ponuditi pipetu opsega 0.2 do 2 ul?

Одговор Комисије:

Није дозвољено

ПИТАЊЕ 4

Poštovani,

Molimo Vas za dodatne informacije za dole navedene stavke:

Partija 1.

Stavka br.32 – Šta podrazumevate pod analitičkom epruветом? Da li je prihvatljivo ponuditi bakto epruvete 16x100? Ako nije molimo Vas za detaljnije informacije u vidu katalogskog broja I naziva proizvođača

Stavka br.42 – Molimo Vas da imate u vidu da se kapalica prodaje zajedno sa bocom

Stavka br.69 – Da li ste mislili na pipete po Sahlie za hemoglobin?

Stavka br.93 – Da li je potrebno ponuditi 134.400 komada za jer ste napisali 70 pak po 1920 kom?

Stavka br.135 - Molimo Vas za katalogski broj I naziv proizvođača jer nisu uobičajene dimenzije

Molimo Vas da potvrdite prijem ovog email-a.

Одговор Комисије:

Ставка број 32 – Да, прихватљиво је

Ставка број 42 – није питање

Ставка број 69 - Да

Ставка број 93 – Уместо 70 паковања потреба је 1 паковање, у том смислу ће бити измењена конкурсна документација.

Ставка број 135 – Тражене димензије су 105x60x55 м, у том смислу ће бити измењена конкурсна документација.

ПИТАЊЕ 5

Poštovani,

Molim Vas da mi odgovorite na pitanje u vezi JN11/16

PARTIJA 1:

Stavka 80. Normalni sud 1000ml, tražite 5 **пак**, pošto različiti proizvođači imaju različit broj komada u pakovanju, molim Vas da precizirate koliko Vam komada treba.

Srdačan pozdrav,

Одговор Комисије:

У ставци 80 Партије 1 уместо речи паковања треба да стоји реч комада. У том смислу ће Комисија извршити измену Конкурсне документације

С обзиром на то да се измена Конкурсне документације врши у року осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Комисија је дужна да преодужи рок за достављање понуда. Нови рок за достављање понуда је 15.06.2016. године у 9,30. Отварање понуда извршиће се дана 15.06.2016. године у 10,00 часова

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 11/16

У складу са тим, поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, . 14/15 и 68/15), Комисија даје следећи

О Д Г О В О Р

1. (одговор на став 1. Захтева за додатно појашњење)

У Партији 1. Симулатор – цело тело са рукама које имају интравенски пут – за вежбање основних и напредних поступака оживљавања, нема потребе да домет бежичног функционисања односно управљања таблет ПЦ-јем буде већи од 300м. Због инфраструктуре Факултета и потребама за извођење вежби из ургентне медицине у реалистичним условима (контролна соба СИМ центра – и део где се у вањским условима симулира вежба у нпр. саобраћајној несрећи, професор који води вежбу види студенте) домет бежичног функционисања може бити минимум **200 м**.

2. (одговор на став 2. Захтева за додатно појашњење)

У Партији 1. Симулатор – цело тело са рукама које имају интравенски пут – за вежбање основних и напредних поступака оживљавања, симулатор може да поседује могућност рада по ЕРЦ смерницама али мора да има могућност промене параметара било кад у току рада

3. (одговор на став 3. Захтева за додатно појашњење)

У Партији 2. Симулатор порођаја – лутка жене са новорођенчетом, симулатор може да поседује могућност рада по ЕРЦ смерницама али мора да има могућност промене параметара било кад у току рада.

4. (одговор на став 4. Захтева за додатно појашњење)

У Партији 3. Симулатор – лутка детета од 5 – 8 година, симулатор може да поседује могућност рада по ЕРЦ смерницама али мора да има могућност промене параметара било кад у току рада.

5. (одговор на став 5. Захтева за додатно појашњење)

У Партији 4. Симулатор (лутка) – цело тело за вежбање обезбеђења дисајног пута, КПР и аускултацију тонова срца и плућа, симулатор може да поседује могућност рада по ЕРЦ смерницама

6. (одговор на став 5. Захтева за додатно појашњење)

У Партији 4. Симулатор (лутка) – цело тело за вежбање обезбеђења дисајног пута, КПР и аускултацију тонова срца и плућа, Комисија ће прихватити да се тонови при аускултацији чују помоћу обичног или специјалног стетоскопа који морају бити део обавезног сета.