

Република Србија
Универзитет у Нишу
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:01-11093/6
Ниш, 21.11.2016.

Комисија за јавну набавку

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА И АПАРАТИ,
ЈН БР. 25/16

Предмет: додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

ПИТАЊЕ 1

Потенцијални понуђач је доставио захтев следеће садржине:

„Poštovani,

Molimo da odgovorite na sledeća postavljena pitanja:

1. U konkursnoj dokumentaciji na strani 4 od 56, u delu tehničke specifikacije, Partija br. 1 UV/VIS spektrofotometar, nevedene su tehničke karakteristike uređaja koji se traži.

Da li će biti prihvatljivo ponuditi jednozračni UV/VIS spektrofotometar sledećih tehničkih karakteristika:

Optiki sistem: jednozračni sistem, holografska rešetka, Detektor: silikonska fotodioda

Opseg talasnih dužina: 190-1100nm

Širina spektralne linije: 5nm

Tačnost talasnih dužina: ± 1.0 nm

Ponovljivost talasnih dužina: ± 0.3 nm

Fotometrijska tačnost: ± 0.005 Abs na 1.0 Abs, i ± 0.003 Abs na 0.5 Abs

Fotometrijska ponovljivost: ± 0.002 Abs na 1.0 Abs

Fotometrijski opseg: Apsorbanca od -0.3Abs do 3 Abs

Podешavanje talasnih dužina: automatsko

Standardni nosač kiveta: nosač sa 4 pozicije za kivete od 10mm

Lampe: D2 lampa i W lampa

Zaravnjenje bazne linije: ± 0.01 Abs

Nivo šuma: 0.0005Abs

2. Molimo da odgovorite kolika je procenjena vrednost za partiju broj 1, UV/VIS spektrofotometar, za ovu javnu nabavku broj JN25/16, Medicinska oprema i aparati ? “

У вези с тим, поступајући по чл.63. Закона о јавним набавкама "Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15,68/15), Комисија даје следеће

ОДГОВОР 1

1. Прихватљиво је понудити наведени UV/VIS спектрофотометар и у том смислу Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у поглављу II Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или

испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл, у делу **Партија 1- UV/VIS спектрофотометар**, тако да:

- **Мења се** текст: „Ширина спектралне линије: 2 nm“

тако да након извршене измене гласи: **“Ширина спектралне линије: 1,8 -5 nm“**

- **Мења се** текст: „Прецизност таласних дужина: $\pm 0,5$ nm “

тако да након извршене измене гласи: **“Прецизност таласних дужина: $\pm 0,5-1$ nm“**

- **Мења се** текст: „Фотометријска поновљивост: 0,3 % T “

тако да након извршене измене гласи: **„Фотометријска поновљивост: 0,2- 0,3 %**

Т “

2. Према чл. 44. ст. 2 Правилника о о ближем уређивању поступка јавне набавке на Медицинском факултету Универзитета у Нишу процењена вредност представља пословну тајну.

ПИТАЊЕ 2

Потенцијални понуђач је доставио захтев следеће садржине:

„PARTIJA 1- UV/VIS SPEKTROFOTOMETAR

U konkursnoj dokumentaciji naručilac navodi kao zahtev širinu spektralne linije 2nm.

PITANJE: Da li je prihvatljivo ponuditi spektrofotometar koji ima širinu spektralne linije 1.8nm? “

У вези с тим, поступајући по чл.63. Закона о јавним набавкама "Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15,68/15), Комисија даје следеће

ОДГОВОР 2

Прихватљиво је понудити наведени UV/VIS спектрофотометар и у том смислу Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у поглављу II Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл, у делу **Партија 1- UV/VIS спектрофотометар**, тако да:

- **Мења се** текст: „Ширина спектралне линије: 2 nm“

тако да након извршене измене гласи: **Ширина спектралне линије: 1,8 -5 nm“**

ПИТАЊЕ 3

Потенцијални понуђач је доставио захтев следеће садржине:

„ Partija 2

S obzirom da niko od renomiranih proizvođača u svojoj ponudi nema ultrazvucno kupatilo od 5.5l sa mogućnošću memorisanja 10 programa, da li možemo da ponudimo ultrazvucno kupatilo 5.6L, opsega zagrevanja 20-80C sa mogućnošću memorisanja 1 programa? “

У вези с тим, поступајући по чл.63. Закона о јавним набавкама "Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15,68/15), Комисија даје следеће

ОДГОВОР 3

Комисија за јавну набавку 25/16 – Медицинска опрема и апарати, донела је одлуку да уважи сугестију потенцијалног понуђача те ће, у том смислу, изменити конкурсну документацију на начин да у поглављу **II** Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл, у делу **Партија 2- УЛТРАЗВУЧНО КУПАТИЛО, МЕЊА СЕ** спецификација „Ултразвучно купатило са могућношћу меморисања 10 програма, опсег загревања 20-80 °С, запремина 5,5 L. Гаранција минимум 12 месеци“

тако да после извршене измене гласи: „**Ултразвучно купатило са могућношћу меморисања 1 (једног) програма, опсег загревања 20-80 °с, запремина 5,6 l. гаранција минимум 12 месеци**“

У осталом делу конкурсна документација се не мења.

С обзиром да је предметна измена конкурсне документације сачињена мање од осам дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је, у складу са одредбом члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

У том смислу **нови рок за подношење понуда је 24.11.2016. године до 11,30 часова.**

Отварање понуда ће се извршити 24.11.2016. године у 12,00 часова.

Наручилац ће Измену и допуну конкурсне документације, као и обавештење о продужетку рока за подношење понуда објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Обавештење о продужетку рока за подношење понуда Наручилац ће објавити и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

Напомена: Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном Изменом и допуном конкурсне документације, у супротном иста ће бити одбијена као неприхватљива.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Проф. др Андрија Шмелцеровић