

Република Србија
Универзитет у Нишу
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:01-7863/5
Ниш, 20.08.2017.

**Комисија за јавну набавку добара
Обдукциони сто са опремом, ЈН 13/17**

Предмет: додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Потенцијални понуђач је 17.08.2017. доставио захтев следеће садржине:

„ Poštovani,

U vezi JN 13/17 obdukциони sto sa opremom, molimo da nam odgovorite na sledeća pitanja:

1. Da li je prihvatljivo ponuditi podešavanje visine stola umesto 750-1050mm, podešavanje od 760-1030mm ?
2. Obzirom da se u specifikaciji tendera traži da obdukциони sto poseduje mogućnost rotiranja desno i levo (horizontalno pomeranje), a u sledećoj specifikaciji spominje se baza (centralni stub stola) koja po dimenzijama upućuje na to da je pravougaone forme, ukazujemo na tu nelogičnost jer je za horizontalno okretanje stola potrebno da baza bude kružne forme. Da li je u pitanju greška jer se pravougaone forme koriste za obdukционе stolove koji su fiksni ili imaju samo opciju podizanja/spuštanja (vertikalno pomeranje)?
3. U dimenzijama stola navedena je dubina od 8500 mm. Da li je u pitanju greška u kucanju i ako jeste molimo da je ispravite?“

У вези с тим, поступајући по чл.63. Закона о јавним набавкама "Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15,68/15), Комисија даје следећи

ОДГОВОР

1. Прихватљиво је да доња висина буде 760 mm. Горња висина мора бити минимум 1050 mm.

2. Комисија уважава сугестију понуђача. Захтева се да централна база буде кружне форме како би поседовала могућност ротирања десно и лево за 180°. Дошло је до техничке грешке у тачки 2. Техничке спецификације. Захтеване димензије се односе на димензије судопере (кадице).

3. Комисија уважава сугестију понуђача. Дошло је до техничке грешке у тачки 3. Техничке спецификације. Захтевана дубина стола је 850 mm.

У вези са постављеним питањима МЕЊА СЕ Конкурсна документација за јавну набавку добара - Обдукциони сто са опремом, ЈН 13/17, у поглављу II Врста, техничке

карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл, и поглаваљу VI Обрасци који чине саставни део понуде, у делу Техничке спецификације који понуђено добро мора да поседује (Образац 8).

Наручилац ће Измену и допуну конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Напомена: Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном Изменом и допуном конкурсне документације, у супротном иста ће бити одбијена као неприхватљива.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Проф.др Горан Илић