

Република Србија
Универзитет у Нишу
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:01-9555/6-1
Ниш, 26.10.2017.

Комисија за јавну набавку добара
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ НАСТАВЕ И НАУКЕ, ЈН
17/17

Предмет: додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

ПИТАЊЕ 1

Потенцијални понуђач је 20.10.2017. у 15:32 часова доставио захтев за додатним информацијама. С обзиром да је у конкурсној документацији назначено да се пријем захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације путем електронске поште на мејл javnep nabavke@medfak.ni.ac.rs и факсом на број 018 4 238 770 може вршити сваког радног дана (понедељак-петак), у периоду радног времена, од 07:30 до 15:30 часова, као дан пријема захтева сматра се 23.10.2017. Захтев за додатним информацијама је следеће садржине:

„ Poštovani,
Molimo Vas za dodatna pojašnjenja za dole navedene stavke:
Partija 1

- Stavka br.1 – Da li je prihvatljivo ponuditi avan prečnika 83mm?
- Stavka br.2 – Da li je prihvatljivo ponuditi azbestnu mrežicu dim.150x150mm?
- Stavka br.10 – Da li je prihvatljivo ponuditi zapreminu od 60ml?
- Stavke br.14, 15 – Da li je potrebno nuditi usko ili široko grlo?
- Stavka br.16 – Da li je prihvatljivo ponuditi wegeglas dim 50x25mm?
- Stavka br.18 – Da li je prihvatljivo ponuditi čep dim 12x16x20mm?
- Stavka br.20 – Da li je prihvatljivo ponuditi gumeno crevo prečnika 8mm?
- Stavka br.25 – Da li ste mislili na obične epruvete bakto 10ml, dimenzija 16x100mm?
- Stavka br.28 – Da li ste mislili na bakto epruvete?
- Stavka br.37 – Da li je prihvatljivo ponuditi bocu od 120ml?
- Stavka br.39 – Da li je prihvatljivo ponuditi kašiku od 200mm?
- Stavka br.40 – Da li je prihvatljivo ponuditi filter papir dimenzija 580x580mm?
- Stavka br.49 – Da li je prihvatljivo ponuditi stalak za kriotube sa 81 pozicijom za mikrotube od 1.2/2ml?
- Stavka br.53 – Da li je prihvatljivo ponuditi špatulu dužine 200mm?
- Stavka br.61 – Da li ste mislili na levak za odvajanje po Squib-u i da li je prihvatljivo ponuditi zapreminu od 100ml jer se od 120ml ne pravi?
- Stavka br.62, 63, 64 – Da li ste mislili na levak za odvajanje po Squib-u ako ne, molimo Vas, za detaljnije pojašnjenje o kakvim je levcima reč?
- Stavka br.94 – Da li je prihvatljivo ponuditi kapsule dimenzija 27x125mm?
- Stavka br.97 – Molimo Vas da imate u vidu da proizvođač Spektar više nije aktivan i da je obustavljena proizvodnja te nije moguće više nuditi petri šolje prečnika o35mm. Naše pitanje je da li se mogu ponuditi petri šolje prečnika 40mm?
- Stavke br.115, 116, 117 – Da li je potrebno nuditi usko ili široko grlo?
- Stavka br.128 – Da li je prihvatljivo ponuditi opseg od -10+250C?
- Stavka br.133 – Molimo Vas za detaljnije informacije u vidu naziva proizvođača I katalogskog broja? Za date dimenzije nije data merna jedinica pa Vas molimo da precizirate cm ili mm? Da li ste mislili na posude za bojenje mikroskopskih pločica, ako jeste molimo Vas da imate u vidu da se tražene dim ne poklapaju ni sa posudama mpo Helledahlu, Shiefferdecker..?

Ставка бр.146 – Да ли је прихватљиво понудити посуде за кристалзацију од 300мл димензија 95x55 јер је то стандард?

Ставка бр.150 – Да ли сте мислили на стаклену апаратуру? Да ли је потребно понуди комплет апаратуру или само наставак? У случају да је потребно понудити комплет молимо да дефинишете запремину балона и запремину наставка. “

У вези с тим, поступајући по чл.63. Закона о јавним набавкама "Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15,68/15), Комисија даје следећи

ОДГОВОР 1

Партија 1

Ставка бр.1 – Да ли је прихватљиво понудити аван пречника 83мм?

ОДГОВОР: Прихватљиво је од 80мм до 120мм. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

Ставка бр.2 – Да ли је прихватљиво понудити азбестну мрежицу дим.150x150мм?

ОДГОВОР: Наручилац захтева димензије 200x200мм. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

Ставка бр.10 – Да ли је прихватљиво понудити запремину од 60мл?

ОДГОВОР:Прихватљиво је. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

Ставке бр.14, 15 – Да ли је потребно нудити уско или широко грло?

ОДГОВОР:Уско грло. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

Ставка бр.16 – Да ли је прихватљиво понудити већеглас дим 50x25мм?

ОДГОВОР: Прихватљиво је. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

Ставка бр.18 – Да ли је прихватљиво понудити чеп дим 12x16x20мм?

ОДГОВОР: Прихватљиво је. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

Ставка бр.20 – Да ли је прихватљиво понудити гумено црево пречника 8мм?

ОДГОВОР:Уколико је одговарајуће за Liebigov кондензатор 29/32 прихватљиво је.

Ставка бр.25 – Да ли сте мислили на обичне епрувете бакто 10мл, димензија 16x100мм?

ОДГОВОР: У питању је хемијска епрувета 16x160мм, стаклена, без руба

Ставка бр.28 – Да ли сте мислили на бакто епрувете?

ОДГОВОР: У питању су бакто епрувете, запремине 10 мл димензија 16x100мм, стаклене без руба са равним дном. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

Ставка бр.37 – Да ли је прихватљиво понудити боцу од 120мл?

ОДГОВОР: Потребна је само пипетица шлифована, без боце. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

Ставка бр.39 – Да ли је прихватљиво понудити кашику од 200мм?

ОДГОВОР: Прихватљиво је. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

Ставка бр.40 – Да ли је прихватљиво понудити филтер папир димензија 580x580мм?

ОДГОВОР: Прихватљиво је. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

Ставка бр.49 – Да ли је прихватљиво понудити сталак за криотубе са 81 позицијом за микротубе од 1.2/2мл?

ОДГОВОР: Прихватљиво је. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

Ставка бр.53 – Да ли је прихватљиво понудити шпатулу дужине 200мм?

ОДГОВОР: Прихватљиво је. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

Ставка бр.61 – Да ли сте мислили на левак за одвајање по Squib-у и да ли је прихватљиво понудити запремину од 100мл јер се од 120мл не прави?

ОДГОВОР: У питању је Стаклени левак за цеђење (не левак по *Squib-у*), фи 100. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

Ставка бр.62, 63, 64 – Да ли сте мислили на левак за одвајање по Squib-у ако не, молимо Вас, за детаљније појашњење о каквим је левцима реч?

ОДГОВОР: У питању је Стаклени левак за цеђење (не левак по *Squib-у*). У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

Ставка бр.94 – Да ли је прихватљиво понудити капсуле димензија 27x125мм?

ОДГОВОР: Потребно је да капсуле буду отворене на два краја, а дате димензије су у том случају прихватљиве. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

Ставка бр.97 – Молимо Вас да имате у виду да произвођач Спектар више није активан и да је обустављена производња те није могуће више нудити петри шоље пречника 035мм. Наше питање је да ли се могу понудити петри шоље пречника 40мм?

ОДГОВОР: Прихватљиво је. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

Ставке бр.115, 116, 117 – Да ли је потребно нудити уско или широко грло?

ОДГОВОР: Потребно је уско грло. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

Ставка бр.128 – Да ли је прихватљиво понудити опсег од -10+250Ц?

ОДГОВОР: Прихватљиво је. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

Ставка бр.133 – Молимо Вас за детаљније информације у виду назива произвођача И каталоског броја? За дате димензије није дата мерна јединица па Вас молимо да прецизирате цм или мм? Да ли сте мислили на посуде за бојење микроскопских плочица, ако јесте молимо Вас да имате у виду да се тражене дим не поклапају ни са посудама мпо Helledahlu, Shiefferdecker..?

ОДГОВОР: По Helledahlu стандардне, дим.105x60x55мм, стаклене са поклопцем, за плочице76x26мм. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

Ставка бр.146 – Да ли је прихватљиво понудити посуде за кристализацију од 300мл димензија 95x55 јер је то стандард?

ОДГОВОР: Прихватљиво је. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

Ставка бр.150 – Да ли сте мислили на стаклену апаратуру? Да ли је потребно понуди комплет апаратуру или само наставак? У случају да је потребно понудити комплет молимо да дефинишете запремину балона и запремину наставак.

ОДГОВОР: Комплетна апаратура за дестилацију, балон 6Л (60/46), пречник балона 240мм, са одговарајућим редуциром, запремина наставак 5мл. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

ПИТАЊЕ 2

Потенцијални понуђач је 23.10.2017. у 14:54 часова доставио захтев следеће садржине:

„ Molimo vas da nam date dodatna pojašnjenja vezana za partiju 1, a sledeće stavke:

stavka 8 i stavka 9 – Da li su u pitanju reagens boce?

stavka 28 – Da li su u pitanju staklene ili plastične epruvete?

stavka 36 – Da li je u pitanju stakleni ili plastični kanister?

stavka 56 – Šta podrazumevate pod "M" u opisu levka?

stavka 61 – Da li je u pitanju obični levak za ceđenje i koji su prečnici levka?

stavka 62 – Da li je u pitanju obični levak za ceđenje i koji su prečnici levka?

stavka 63 – Da li je u pitanju obični levak za ceđenje i koji su prečnici levka?

stavka 64 – Da li je u pitanju obični levak za ceđenje i koji su prečnici levka?

stavka 78 – Da li mislite na klemu i za šta biste je koristili?

stavka 82 – Da li je sa šlifom i da li je savijena ili prava? Možete li nam reći koji ste pre koristili ili nam dati kataloški broj?

stavka 94 – Da li dolaze u obzir kapsule otvorene sa jedne strane? Možete li nam reći od kog proizvođača ste ranije koristili?

stavka 96 – Kakva hvataljka je u pitanju, prava ili kriva, i od kog materijala?

stavka 109 – Koji je prečnik traženih šolja?

stavka 112 – Koje su tražene dimenzije lončića?

stavka 150 – Koja je zapremina clavengera? “

У вези с тим, поступајући по чл.63. Закона о јавним набавкама "Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15,68/15), Комисија даје следећи

ОДГОВОР 2

ставка 8 и ставка 9 – Да ли су у питању реагенс боце?

ОДГОВОР: У питању су реагенс боце. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

ставка 28 – Да ли су у питању стаклене или пластичне епрувете?

ОДГОВОР: У питању су бакто епрувете, запремине 10 мл димензија 16x100мм, стаклене без руба са равним дном. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

ставка 36 – Да ли је у питању стаклени или пластични канистер?

ОДГОВОР: Пластични канистер. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

ставка 56 – Шта подразумевате под "М" у опису левка?

ОДГОВОР: Грешка у куцању. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

ставка 61 – Да ли је у питању обични левак за цеђење и који су пречници левка?

ОДГОВОР: У питању је Стаклени левак за цеђење (не левак по *Squib-y*), фи 100. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

ставка 62 – Да ли је у питању обични левак за цеђење и који су пречници левка?

ОДГОВОР: У питању је Стаклени левак за цеђење (не левак по *Squib-y*), фи 120. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

ставка 63 – Да ли је у питању обични левак за цеђење и који су пречници левка?

ОДГОВОР: У питању је Стаклени левак за цеђење (не левак по *Squib-y*), фи 150. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

ставка 64 – Да ли је у питању обични левак за цеђење и који су пречници левка?

ОДГОВОР: У питању је Стаклени левак за цеђење (не левак по *Squib-y*), фи 50. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

ставка 78 – Да ли мислите на клему и за шта бисте је користили?

ОДГОВОР: Кратке металне машице које могу да обухвате лабораторијског посуђа које је вруће (чашу, ерленмајер,...)

ставка 82 – Да ли је са шрифом и да ли је савијена или права? Можете ли нам рећи који сте пре користили или нам дати каталошки број?

ОДГОВОР: Савијена је са шрифом 29/32. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

ставка 94 – Да ли долазе у обзир капсуле отворене са једне стране? Можете ли нам рећи од ког произвођача сте раније користили?

ОДГОВОР: Капсуле морају бити отворене са обе стране. Нисмо упознати ко је произвођач.

ставка 96 – Каква хватаљка је у питању, права или крива, и од ког материјала?

ОДГОВОР: У питању је Weitlaner хируршки ретрактор - екартер, од нерђајућег челика, димензија 20 см. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

ставка 109 – Који је пречник тражених шоља?

ОДГОВОР:Пречника од 75 до 120мм су све одговарајуће, са равним дном. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

ставка 112 – Које су тражене димензије лончића?

ОДГОВОР: Одговарајући су порцулански лончићи за жарење пречника 25-50мм. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

ставка 150 – Која је запремина clavengera?

ОДГОВОР: Комплетна апаратура за дестилацију, балон 6Л (60/46), пречник балона 240мм, са одговарајућим редуциром, запремина наставка 5мл.

ПИТАЊЕ 3

Потенцијални понуђач је 24.10.2017. доставио захтев следеће садржине:
„ Molimo vas da na spisak odgovora ubacite i pitanje vezano za:

stavka 123 i 124 – Da li signature idu u stampач ili ne? Ako idu koji je poloжај, vertikalni ili horizontalni?“

У вези с тим, поступајући по чл.63. Закона о јавним набавкама "Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15,68/15), Комисија даје следећи

ОДГОВОР 3

Не иду у штампач.

ПИТАЊЕ 4

Потенцијални понуђач је 24.10.2017. у 14:49 часова доставио захтев следеће садржине:

„ Molimo da nam odgovorite na pitanje za javnu nabavku broj 17/17.

Partija 1, stavka 61 levak stakleni,120ml. Da li ste mislili na levak fi 120mm?

Partija1, stavka 62,63,64 za sva tr levka ste naveli ml. da li ste mislili na levkove po Squibu?

Partija 1, stavka 109, koja dimenzija porcelanske solje Vam treba?

Partija 1, stavka 112 koja dimenzija porculanskog loncica za zarenje vam odgovara?

Partija 1, stavka 133, da li nam mozete pojasniti kakve Vam kade trebaju? Plasticne, staklene? Da li imate neki kataloski broj koji ste do sada koristili? “

У вези с тим, поступајући по чл.63. Закона о јавним набавкама "Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15,68/15), Комисија даје следећи

ОДГОВОР 4

Партија 1, ставка 61 ОДГОВОР: У питању је Стаклени левак за цеђење (не левак по *Squib*-у), фи 100. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

Партија 1, ставка 62 ОДГОВОР: У питању је Стаклени левак за цеђење (не левак по *Squib-*у), фи 120. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

Партија 1, ставка 63 ОДГОВОР: У питању је Стаклени левак за цеђење (не левак по *Squib-*у), фи 150. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

Партија 1, ставка 64 ОДГОВОР: У питању је Стаклени левак за цеђење (не левак по *Squib-*у), фи 50. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

Партија 1, ставка 109 ОДГОВОР :Пречника од 75 до 120мм су све одговарајуће, са равним дном. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке

Партија 1, ставка 112 ОДГОВОР: Одговарајући су порцулански лончићи за жарење пречника 25-50мм. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке

Партија 1, ставка 133 ОДГОВОР: По Helledahlu стандардне, дим.105x60x55мм, стаклене са поклопцем, за плочице76x26мм. У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе наставе и науке.

Наручилац ће Измену и допуну конкурсне документације, као и обавештење о продужењу рока за подношење понуда објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Наручилац ће објавити и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

Напомена: Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном Изменом и допуном конкурсне документације, у супротном иста ће бити одбијена као неприхватљива.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Проф. др Татјана Јевтовић -Стоименов