

Република Србија
Универзитет у Нишу
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:01-4577/5
Ниш, 18.05.2018.

**Комисија за јавну набавку добара
ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ЗА ИНТЕРНЕ ПРОЈЕКТЕ, ЈН 09/18**

Предмет: додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Потенцијални понуђач је 17.05.2018. године у 10:30 доставио захтев следеће садржине:

Poštovani,
Shodno članu 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije, molimo vas da nam dostavite dodatne informacije i pojašnjenja za sledeća pitanja vezana za JN 09/18 :

1. Na strani 31/99 konkursne dokumentacije, u delu "OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI", Partija 4 – *Laboratorijska centrifuga*, u segmentu tehničkog opisa centrifuge između ostalog navodite :

" Snaga: maksimalno 200W "

Molimo vas da nam odgovorite da li je možda došlo do greške u kucanju i da li je prihvatljivo ponuditi centrifugu snage 1000 W ?

Srdačan pozdrav,

У вези с тим, поступајући по чл.63. Закона о јавним набавкама "Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15,68/15), Комисија даје следећи

ОДГОВОР

Приликом сачињавања конкурсне документације за ЈН 09/18 **није дошло до техничке грешке**, лабораторијска центрифуга снаге максимално 200W је у складу са потребама крајњег корисника Наручиоца, тако **да није прихватљиво понудити центрифугу снаге 1000 W.**

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Андрија Шмелцеровић