

Република Србија
Универзитет у Нишу
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:01-4577/7
Ниш, 31. 05.2018.

**Комисија за јавну набавку добара
ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ЗА ИНТЕРНЕ ПРОЈЕКТЕ, ЈН 09/18**

Предмет: додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Потенцијални понуђач је 28.05.2018. године у 01:22 доставио захтев следеће садржине:

„Poštovani,

Shodno članu 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije, molimo vas da nam dostavite dodatne informacije i pojašnjenja za sledeća pitanja vezana za JN 09/18 :

1. Na strani 31 konkursne dokumentacije, u delu "OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI", Partija 4 – Laboratorijska centrifuga, u segmentu tehničkog opisa centrifuge između ostalog navodite:

- Snaga maksimalno 200 W.

Da li je prihvatljivo ponuditi centrifugu sa snagom 240W?

2. Takođe u partiji 4. – Laboratorijska centrifuga navodite:

- Adapteri za epruvete i vakutajnere 4-10ml (16x100mm) set 2 kom., Ukupan broj mesta u rotoru: 16.

Koje tačno zapremine epruveta adapteri treba da zadovolje i koja količina adaptera je potrebna da se uključi u ponudu po traženoj zapremini?

Navođenjem da je potrebno ponuditi adaptere 4-10ml, set-2 kom. stiče se utisak da jedan tip adaptera zadovoljava ceo opseg od 4 do 10ml i da je potrebno ponuditi samo 2 adaptera za rotor koji ima 16 mesta.

Molim za pojašnjenje.

Srdačan pozdrav,"

У вези с тим, поступајући по чл.63. Закона о јавним набавкама "Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15,68/15), Комисија даје следећи

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1:

Није прихватљиво понудити центрифугу снаге 240 W .

Образложење: Приликом сачињавања конкурсне документације за ЈН 09/18, Наручилац се руководио искључиво техничким захтевима које је прописао крајњи корисник предметног добра, руководилац интерног пројекта код Наручиоца. Комисија за предметну јавну набавку је, након консултација са руководиоцем конкретног интерног пројекта,

уважавајући потребе интерног пројекта, става да **није прихватљиво** понудити ротор максималне снаге 240 W.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2:

Адаптери треба да задовоље запремине епрувета 4-10ml.

Количина адаптера која је потребна да се укључи у понуду је два сета по 2 адаптера. Сваки адаптер садржи 4 места за епрувете тражене запремине.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

A. Smelcerovic

Андрија Шмелцеровић