

Република Србија
Универзитет у Нишу
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:01-9191/6
Ниш, 21.09.2018.

**Комисија за јавну набавку добара
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ НАУКЕ
ЈН 21/18**

Предмет: додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Потенцијални понуђач је дана 19.09.2018. године доставио захтев следеће садржине:

Poštovani,

Поштовани, везано за ЈН бр. 21/18 – Лабораторијски потрошни материјал за потребе науке, молимо вас за додатна појашњења:

Партија 11- филтери, ставка 4 Питање:

За ставку 4. да ли је у питању шприц филтер или мембран филтер? Уколико је у питању мембран филтер, да ли је прихватљив пречник од 47мм?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ:

Конкурсном документацијом је захтеван шприц филтер, описаних карактеристика.

Није прихватљива понуда мембранског филтра пречника 47 мм.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Андрија Шмелцеровић