

Република Србија
Универзитет у Нишу
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:01-9191/7
Ниш, 08.10.2018.

**Комисија за јавну набавку добара
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ НАУКЕ**

Предмет: додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Потенцијални понуђач је дана 05.10.2018. године у 02,38 доставио питања следеће садржине:

„Poštovani,

vezano za otvoreni postupak javne nabavke dobara, JN 21/18 – Nabavka laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe nauke, molimo za dodatna pojašnjenja:

partija 9 – Pipete

- stavke br. 2 i 3 – da li je dati opseg u mikrolitrima ili mililitrima? Da li oznaka u zagradi označava volumen nastavaka koje se na pipetama koriste? Da li pod terminom “digitalna” podrazumevate da pipeta ima providni prozor sa cifarnikom i manuelno podešavanje volumena ili da pipeta bude elektronska sa punjačem i digitalnim/elektronskim displejem

partija 14 – Potrošni materijal za rad sa ćelijskim kulturama

- stavka br. 4 – mikropolejtovi – da li naručilac traži mikrotiter ploče sa 96 otvora i ravnim dnom?

- stavka br. 8 – Nunc MaxiSorp flat-bottom, kvaliteta odgovarajući thermo Scientific – da li potrebna ploča sa 96 otvora, sterilna, kvaliteta “High binding”?

Unapred hvala na odgovorima.“

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА:

1. Партија 9 – Пипете - ставке број 2 и 3

Под редним бројем 2. тражене су пипете 20-200 микролитара. Под редним бројем 3. тражене су пипете 10-100 микролитара.

Ознака у загради за ставке 2. и 3. биће обрисана. Под термином „дигитална“ за ставке 2. и 3. се подразумева да пипета има провидни прозор са цифарником и мануелно подешавање волумена.

У складу са датим одговором на постављено питање, Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

2. Партија 14 – Потрошни материјал за рад са ћелијским културама

а) ставка број 4

Наручилац тражи микротитар плоче са 96 отвора и равним дном.

б) ставка број 8

Потребна је плоча са 96 места, није неопходно да буде стерилна, квалитета "High binding".

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Проф. др Андрија Шмелцеровић

