

Република Србија
Универзитет у Нишу
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:01-9191/8
Ниш, 11.10.2018.

**Комисија за јавну набавку добара
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ НАУКЕ**

Предмет: додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Потенцијални понуђачи су дана 08.10.2018. године у 15,17 и 09.10.2018. године у 9,58 доставили питања следеће садржине:

**„ Poštovani,
Radi pojašnjenja tenderske dokumentacije JN 21/18 i dostavljanja odgovarajuće ponude zamolila bih Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja koja se tiču:**

Partija 11-Filteri

**Stavka 1-Da li ste sigurni da je u pitanju pakovanje od 20 komada? Proverom Sartoriusovih specifikacija na zvaničnom sajtu, najmanje pakovanje je od 50kom.
Stavka 2-Da li je odgovarajuće ponuditi špric filter sa teflonskom membranom 25mm diameter ali prečnik pore 0,22um?
Unapred zahvalna.”**

И

„Partija 11.

**Stavka 1, tražite pakovanje 20/1 , kom 2. Originalno pakovanje proizvođača je 50/1.
Da li je u pitanju greška u jedinici mere, jer isti artikl tražite i u stavci 5, i tu ste naveli pakovanje od 50/1?
Stavke 2 i 3, da li je da li su traženi filteri za špric sa teflonskom mebranom hidrofobni ili hidrofilni?“**

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА:

1. Партија 11 – Филтери - ставка 1

Под редним бројем 1. тражени су филтери “Филтери за бактериолошку филтрацију типа шприц филтера (Minisart NML Syringe Filters), величина пора 0,45 микрометара, појединачно паковани, стерилисани гама зрацима, хидрофилни, мембрана израђена од материјала целулозе ацетата без сурфактаната (SFCA), дијаметар 28 мм, за филтрацију малих до средњих волумена“, јединица мере: паковање од 20 комада, количина 2. Наручилац прихвата сугестију два потенцијална понуђача тако да се сада тражи **паковање од 50 комада, количина 1**, и у том смислу ће извршити измену конкурсне документације.

2. Партија 11 – Филтери - ставка 2

Шприц филтери треба да буду хидрофилни и прихватљиво је да буду и дијаметра 0,22 микрометара те ће у том смислу бити извршена и измена конкурсне документације

3. Партија 11 – Филтери - ставка 3

Шприц филтери треба да буду хидрофилни.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Проф. др Андрија Шмелцеровић