

Република Србија  
Универзитет у Нишу  
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  
Број:01-9191/9  
Ниш, 12.10.2018.

**Комисија за јавну набавку добара  
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ НАУКЕ, ЈН 21/18**

**Предмет:** додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Потенцијални понуђачи су дана 11.10.2018. године у 13,27 и 11.10.2018. године у 14,01 доставили питања следеће садржине:

*„Kontaktiramo Vas u vezi s javnom nabavkom JN 21/18 (Laboratorijski potrošni materijal za potrebe nauke) i u skladu sa tenderskom dokumentacijom postavljamo pitanja za **partiju 7** i **partiju 8***

- *Da li je za **stavku 1, partija 7** prihvatljivo ponuditi kutije dimenzija 133x133x52?*
- *Da li je za **stavku 2, partija 8** prihvatljivo ponuditi kutije dimenzija 141x154x55?“*

**И**

*„Dostavljamo Vam pitanja za dodatnim informacijama za JN broj 21/18:*

*Partija 3, Pozicije 11 i 12: Da li je prihvatljivo ponuditi 2 pakovanja od 125kom umesto traženih 2 pakovanja od 120 komada?*

*Partija 7, pozicija 1: Da li je prihvatljivo ponuditi kutiju dimenzija 136x136x50mm?*

*Partija 9, pozicija 4: Da li je prihvatljivo ponuditi transfer pipete traženih karakteristika graduisane do 3ml a zapremine 3.2ml?*

*Partija 11, pozicije 1 i 5: Da li je prihvatljivo ponuditi celulozno acetatni spric filter dijametra 25mm velicine pora 0.45um?*

*Partija 14, pozicija 11: Da li je prihvatljivo ponuditi transfer pipete traženih karakteristika graduisane do 3ml a zapremine 3.2ml?“*

**ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА:**

**1. Партија 7 – Картонске кутије за чување туба - ставка број 1**

Наручилац прихвата сугестију понуђача и извршиће измену конкурсне документације тако што ће за ставку 1 прихватити распон димензија кутије од 133-136mm x 133-136mm x 45-52mm

**2. Партија 8 – Пластичне кутије за чување туба - ставка број 2**

Наручилац прихвата сугестију понуђача и извршиће измену конкурсне документације тако што ће за ставку 2 прихватити распон димензија кутије од 150- 154 mm x 140-141 mm x 55 mm. Такође, наручилац у опису добара, после бројева 10x10, додаје реч места тако да опис сада гласи: „**Кутија за микротубе до 12 x 45 мм, спојени поклопац, 10x10 места , 150-154 mm x 140-141 mm x 55 mm, ПП, (-90°С/+120°С), у различитим бојама: пинк, наранџаста, жута, плава и зелена**“

### **3. Партија 3 – Микротубе – позиције 11 и 12**

Наручилац прихвата сугестију понуђача и извршиће измену конкурсне документације тако што ће за позиције 11 и 12 извршити измену у делу описа добара тако што ће уместо речи сет од 120 сада стајати „сет од 125“.

### **4. Партија 9 – Пипете – позиција 4**

Наручилац прихвата сугестију понуђача и извршиће измену конкурсне документације тако што ће за позицију 4 прихватити распон запремине од **3,00 - 3,5 ml**. Прихватљиво је да пипете буду градуисане до 3 ml.

### **5. Партија 11 – Филтери - позиција број 1 и 5**

Наручилац прихвата сугестију понуђача и извршиће измену конкурсне документације тако што ће за позиције 1 и 5 извршити измену конкурсне документације у делу описа добара тако што ће дозволити распон дијаметра од 25-28мм.

### **6. Партија 14–Потрошни материјал за рад са ћелијским културама - позиција 11**

Наручилац прихвата сугестију понуђача и извршиће измену конкурсне документације тако што ће за позицију 11 извршити измену конкурсне документације у делу описа добара тако што ће дозволити распон волумена од 3,0 - 3,5 ml. Прихватљиво је да пипете буду градуисане до 3 ml.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Проф. др Андрија Шмелцеровић