

Република Србија
Универзитет у Нишу
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:01-9844/7
Ниш, 23.09.2019.

**Комисија за јавну набавку добара
Лабораторијска опрема, медицинска опрема, апарати и делови за потребе научних
пројеката, ЈН 15/19**

Предмет: додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

ПИТАЊА

Потенцијални понуђач је 20.09.2019. године доставио питања следеће садржине:

„ Poštovani,

Molim Vas za pojašnjenje u vezi sa Javnom nabavkom redni broj JN 15/19.

Partija 3. Stavka 8.

- Radi povećane konkurentnosti da li možete da prihvatite da podesiva brzina obrtanja mešača bude od 50 - 200 RPM, s obzirom da se standardne reakcije ne rade ispod 50 i iznad 200 RPM?

Partija 2. Stavka 2. : 8-kanalna pipeta 20-200 µl (manual)

- Da li je prihvatljivo da ponudimo 8-kanalnu pipetu 10-300 µl?

Partija 2. Stavka 3. : Automatska pipeta 1-10 µl (manual)

- Da li je prihvatljivo da ponudimo automatsku pipetu 0,5-10 µl?

Partija 2. Stavka 6. : Set od 3 pipete (od 100-1000 µl, od 10-100 µl, od 1-10 µl)

- Da li je prihvatljivo da ponudimo Set od 3 pipete (od 100-1000 µl, od 10-100 µl, od 0,5-10 µl)?

Partija 2. Stavka 7. : Automatska povratna bireta od 50 ml, tamna, A klasa

- Da li je prihvatljivo da ponudimo Automatsku povratnu biretu od 50 ml klase AS?

Hvala Vam.
Srdačan pozdrav“

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПАРТИЈА 3 СТАВКА 8

Наручилац не може да прихвати да подесива брзина обртања мешача буде од 50-200 RPM .

Образложење: Потенцијални понуђач је у свом захтеву затражио да наручилац прихвати брзину обртања 50 - 200 RPM, уместо тражене брзине 20 RPM до 220 RPM а као разлог навео да се стандардне реакције не раде испод 50 и изнад 200 RPM . Набавка добра из Партије 3 врши се у истраживачке сврхе, што подразумева извођење експеримената и под нестандартним условима, тако да Наручилац не може да прихвати промену подесиве брзине обртања мешача.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПАРТИЈА 2 СТАВКА 2

Прихватљиво је понудити 8-осмоканалну пипету 10-300 µl и у том смислу ће бити извршена измена конкурсне документације. Такође, Наручилац врши допуну описа траженог добра тако да Ставка 2 Партије 2 сада гласи:

Осмоканална пипета опсега 10-300 µL. Пипета мора да задовољава следеће захтеве:

Подеок 0.2 µL

Нетачност на мах запремини $< \pm 0.7\%$

Непрецизност на мах запремини $< 0.3\%$

Компатибилна са наставцима 200 µL

Потпуно аутоклавбилна на 121°C

Доњи/ мултиканални део пипете се може ротирати 360°

Подесива висина врха пипете за различите наставке до 4 mm

Гаранција мин 3 године

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПАРТИЈА 2 СТАВКА 3

Прихватљиво је понудити 8-осмоканалну пипету 0.5 -10 µl и у том смислу ће бити извршена измена конкурсне документације. Такође, Наручилац врши допуну описа траженог добра тако да Ставка 3 Партије 2 сада гласи:

8-осмоканална пипета опсега 0.5-10 микролитара. Пипета мора да задовољава следеће захтеве:

Подеок 0.01 µL

Нетачност на мах запремини $< 1.0\%$

Непрецизност на мах запремини $< 0.7\%$

Компатибилна са наставцима 200 µL

Одвојено дугме за избацивање наставака

Отпорна на УВ светло, аутоклавбилна

Подесиви врх за све типове наставака

Гаранција мин 3 године

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПАРТИЈА 2 СТАВКА 6

Прихватљиво је понудити Сет од 3 пипете (од 100 до 1000 uL, од 10 до 100 uL, од 0,5 до 10 uL) сада гласи:

Сет од 3 пипете (од 100 до 1000 uL, од 10 до 100 uL, од 0,5 до 10 uL)

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПАРТИЈА 2 СТАВКА 7

Прихватљиво је понудити аутоматску повратну бирету и класе АС тако да Ставка 7 Партије 2 сада гласи

Аутоматска повратна бирета од 50 mL, тамна, А или АС класа

У вези са постављеним питањима **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијска опрема, медицинска опрема, апарати и делови за потребе научних пројеката, ЈН 15/19, у поглављу II Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђ. гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл и поглављу VI Обрасци који чине саставни део понуде, у делу ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2) за ПАРТИЈУ 2 .

С обзиром на то да је предметна измена конкурсне документације сачињена мање од осам дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је, у складу са одредбом члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

У том смислу **нови рок за подношење понуда је 01.10.2019. године до 11,00 часова.**

Отварање понуда ће се извршити **01.10.2019. године у 11,30** часова.

Наручилац ће Измену и допуну конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Напомена: Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном Изменом и допуном конкурсне документације, у супротном иста ће бити одбијена као неприхватљива.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Проф. др Андрија Шмелцеровић