

Република Србија
Универзитет у Нишу
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:01-9844/8
Ниш, 27.09.2019.

**Комисија за јавну набавку добара
Лабораторијска опрема, медицинска опрема, апарати и делови за потребе научних
пројеката, ЈН 15/19**

ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА 1

Потенцијални понуђач је 24.09.2019. године доставио питања следеће садржине:

„Poštovani,

Упућујемо Вам захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН 15/19 за следеће ставке:

1. Partija 2,stavka 2-U prvobitnoj dokumentaciji tražena je pipeta opsega 20-200ul,a potom je kao odgovor na pitanje ponudjača, konkursna dokumentacija potpuno izmenjena I tražite opseg od 10-300ul. Kako je traženi opseg ograničen na jednog proizvođača,molimo Vas da zbog konkurentnosti,dozvolite mogućnost da se ponudi I drugi opseg. Konkretno,da li je prihvatljivo ponuditi osmokalnu pipetu opsega od 30-300ul?
2. Partija 2,stavka 6-S ozirom da ste umesto pipete 1-10ul u izmenjenoj konkursnoj dokumentaciji tražili osmokalnu pipetu 0,5-10ul,da li ste I za stavku 6,set pipeta,mislili na automatsku pipetu 0,5-10 ili osmokalnu pipetu 0,5-10ul

Molim Vas za potvrdu o prijemu ovog mail-a.“

“

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1

За Партију 2 ставка 2 није прихватљиво понудити осмочаналну пипету опсега 30-300ul. Пипета која одговара захтевима наручиоца је пипета опсега **од 10 – 20 ul до 200 - 300 ul**, те ће у том смислу бити измењена конкурсна документација.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2

За Партију 2 ставка 6 потребно је понудити **једноканалну** пипету опсега **од 0.5 – 1 ul до 10 ul**. У том смислу ће се извршити измена конкурсне документације.

ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА 2

Потенцијални понуђач је 25.09.2019. године доставио питања следеће садржине:

„ Postovani,

Povodom izmena koje ste objavili, a vezane su za javnu nabavku: Laboratorijska oprema, medicinska oprema, aparati i delovi za potrebe naučnih projekata JN br. 15/19, molim da nam odgovorite na sledeća pitanja vezana za **partiju 2- Pipetori , stavke 2 ,3, 4 ,5, 6** :

Partija 2, Stavka 2:

Da li je odgovarajuće ponuditi 8-kanalnu pipetu opsega 20-200 μL , kao što je prvobitno traženo, sa svim ispunjenim ostalim traženim tehničkim karakteristikama?

Partija 2, stavka 3:

Da li je odgovarajuće ponuditi jednokanalnu pipetu opsega 1-10 μL , kao što je prvobitno traženo, sa svim ispunjenim ostalim traženim tehničkim karakteristikama?

“Za Partija 2. Stavke 4 i 5. :

Traženo je Socorex ili ekvivalent da li je potrebno ponuditi pipete sledećih karakteristika:

Partija 2. Stavka 4:

Automatska pipeta 10-100 μL (manual)

Podeok 0.1 μL

Netačnost na max zapremini <0.8%

Nepreciznost na max zapremini < 0.2%

Kompatibilna sa nastavcima 200 μL

Odvojeno dugme za izbacivanje nastavaka

Otporna na UV svetlo, autoklavibilna

Podesivi vrh za sve tipove nastavaka

Partija 2. Stavka 5.

Automatska pipeta 100-1000 μL (manual)

Podeok 1 μL

Netačnost na max zapremini <0.5%

Nepreciznost na max zapremini < 0.2%

Kompatibilna sa nastavcima 1000 μL

Odvojeno dugme za izbacivanje nastavaka

Otporna na UV svetlo, autoklavibilna

Podesivi vrh za sve tipove nastavaka

Partija 2, Stavka 6:

Da li je potrebno ponuditi set od 3 pipete dole navedenih karakteristika:

Jednokanalna pipeta, varijabilne zapremine 1 – 10 μL

Podeok 0.01 μL

Netačnost na max zapremini <1.0%

Nepreciznost na max zapremini < 0.7%
Kompatibilna sa nastavcima 200 µL
Odvojeno dugme za izbacivanje nastavaka
Otporna na UV svetlo, autoklavibilna
Podesivi vrh za sve tipove nastavaka
Jednokanalna pipeta, varijabilne zapremine 10 – 100 µL

Podeok 0.1 µL
Netačnost na max zapremini <0.8%
Nepreciznost na max zapremini < 0.2%
Kompatibilna sa nastavcima 200 µL
Odvojeno dugme za izbacivanje nastavaka
Otporna na UV svetlo, autoklavibilna
Podesivi vrh za sve tipove nastavaka
Jednokanalna pipeta, varijabilne zapremine 100 – 1000 µL

Podeok 1 µL
Netačnost na max zapremini <0.5%
Nepreciznost na max zapremini < 0.2%
Kompatibilna sa nastavcima 1000 µL
Odvojeno dugme za izbacivanje nastavaka
Otporna na UV svetlo, autoklavibilna
Podesivi vrh za sve tipove nastavaka „

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

Наручилац ће, узимајући у обзир питање потенцијалног понуђача, извршити измену конкурсне документације у делу Техничке спецификације и Образац структуре цене са упутством како да се попуни за Партију 2 (партија 2) .

ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА 3

Потенцијални понуђач је 25.09.2019. године доставио питања следеће садржине:

„ Postovani,

Molimo Vas da u skladu sa ZJN ,nam odovorate na sledeca pitanja , u postupku JN

– Лабораторијска опрема, медицинска опрема, апарати и делови за потребе научних пројеката -
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Редни број набавке ЈН 15/19

1. Образац понуде , потребно изменити , у горњем десном углу оставити линију на којој се се уписати број партије , јер се овај образац прилазе уз сваку партију
2. Страна 15. Образац понуде , навели сте рок испоруке најмање 30 дана , нпр партија 1. , у кон.документацији наводите рок испорука најдуже 30 дана, а у уговору пише најдужи рок испоруке је 30 дана, Потребно је ускладити тражене податке , тако да је предлог да рок испоруке буде најмање 30 дана како је наведено у обрасу понуде на свим местима где се помиње рок испоруке.

3. Garantni period, u obrascu ponude navodite rok najmanje 2 godine, a u kon.dokumentaciji rok je od 2 godine, potrebno uskladiti .Predlog da garantni rok bude 2 godine. “

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1

Наручилац прихвата захтев потенцијалног понуђача, те ће у том смислу извршити измену конкурсне документације и доставити нови Образац понуде.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2

Захтев Наручиоца је да се испорука предметних добара изврши у року од **најдуже**:

- за Партију 1 – 30 дана;
- за Партију 2 – 30 дана;
- за Партију 3 - 49 дана;
- за Партију 4 – 30 дана;
- за Партију 5 – 30 дана;
- за Партију 6 – 40 дана

Поштујући наведени захтев Наручиоца, биће измењен Образац понуде.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 3

Захтевани гарантни рок је **најкраће** две године за Партије 1, 4, 5 и 6; једна година за Партију 3 ; три године за Партију 2.

У вези са постављеним питањима **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијска опрема, медицинска опрема, апарати и делови за потребе научних пројеката, ЈН 15/19, у поглављу II Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђ. гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл , поглављу VI Обраци који чине саставни део понуде, у делу ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац 1) и ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2) за ПАРТИЈУ 2 .

С обзиром на то да је предметна измена конкурсне документације сачињена мање од осам дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је, у складу са одредбом члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

У том смислу **нови рок за подношење понуда је 02.10.2019.** године до **08,30** часова.

Отварање понуда ће се извршити **02.10.2019. године у 09,00** часова.

Наручилац ће измену и допуну конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Напомена: Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном Изменом и допуном конкурсне документације, у супротном иста ће бити одбијена као неприхватљива.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Проф. др Андрија Шмелцеровић