

Република Србија
Универзитет у Нишу
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:01-9930/5
Ниш, 25.09.2019.

**Комисија за јавну набавку добара
Лабораторијски и медицински потрошни материјал за потребе наставе, ЈН 16/19**

Предмет: додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

ПИТАЊЕ

Потенцијални понуђач је 24.09.2019. године доставио захтев следеће садржине:

„Молим за појашњење следећих ставки, а у вези са ЈН 16/19 Лабораторијски и медицински потрошни материјал за потребе наставе:

- Partija 1: st. 15- kolika je širina flastera i kotur od koliko metara je potrebno ponuditi?
st. 22- da li mislite na ekstraktor po Soxhlet- u? Ako ne, molim za sliku ili katalog
- Partija 3: st. 14- s obzirom da firma “Spektar” već duže vreme ne postoji, a u katalozima poznatih proizvođača nismo pronašli Petri posude traženog prečnika (ø45mm), molim za ime proizvođača ili kataloški broj
- Partija 5: st. 1 – da li je prihvatljivo ponuditi 150mm?
- Partija 6: st. 7 i 10- molim za zapreminu ili prečnik
- Partija 7: st. 2, 9, 10- molim za dužinu
st. 15- molim za temperaturni opseg šlifovanog termometra
- Partija 9: st. 8- molim za zapreminu
st. 11- šta znači analitička epruveta?
st. 26-29- molim za ø levkova ili za pojašnjenje da li ste mislili na levkove za odvajanje ili sl., čim ste definisali zapreminu (ml) “

У вези с тим, поступајући по чл.63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15,68/15), Комисија даје следећи

ОДГОВОР

Partija 1, ставка бр. 15. захтева се фластер ширине 5cm у котуру дужине 5m .

Partija 1, ставка бр. 22. Наручилац је као ставку бр.22 захтевао Перколатор (комплет).

Partija 3, ставка бр. 14. Брише се навредена ставка из Обрасца 2. За добро у **Partији 3** „Петријеве шоље, 90mm, стерилне, пластичне Спектар или одговарајући“ се у колону *количина* уместо броја „80“ уписује број„110.

Partija 5, ставка бр. 1. Прихватљиво је понудити 150mm .

Partija 6, ставка бр. 7. пречник је од 80mm до 100mm .

Partija 6, ставка бр. 10. запремина је од 10ml до 25ml (*није од значаја да ли је висока или ниска форма лончића*) .

Partija 7, ставка бр. 2. дужина је од 400 до 500 mm.

Partija 7, ставка бр. 9. дужина је 250 или 400 mm .

Partija 7, ставка бр. 10. дужина је 250 или 400mm .

Partija 7, ставка бр. 15. опсег је од 0 до 150 °C .

Partija 9, ставка бр. 8. Гуч порозности G-4, капацитета 50ml, са изливном цеви и смањује се захтеван количина на 2 комада.

Партија 9, ставка бр. 11. Хемијска епрувета 16x160mm, без руба.

Партија 9, ставка бр. 26-29 Потребни су обични стаклени левкови са назначеним запреминама. Запремина је дефинисана у односу на потребе лабораторијских процедура.

У вези са постављеним питањем **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - **Лабораторијски и медицински потрошни материјал за потребе наставе**, ЈН 16/19, у поглављу II Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђ. гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл и поглављу VI Обрасци који чине саставни део понуде, у делу **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2) за ПАРТИЈЕ 1, 3, 5, 6, 7 и 9.**

Наручилац ће Измену и допуну конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Напомена: Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном Изменом и допуном конкурсне документације, у супротном иста ће бити одбијена као неприхватљива.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Проф. др Андрија Шмелцеровић