

Република Србија
Универзитет у Нишу
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:01-13078/5
Ниш, 21.12.2020.

**Комисија за јавну набавку добара
Лабораторијска опрема, медицинска опрема, апарати и делови за потребе екстерних
пројеката, Н 33/20**

Предмет: додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

ПИТАЊЕ

Потенцијални понуђач је 21.12.2020. године доставио захтев следеће садржине:

„Замолили бисмо Вас, да нам дате такође појашњење, за партију бр. 2.
О каквој се тачно методи ради, као и самим карактеристикама корпица (димензије, материјал)
које потражујете.“

Комисија даје следећи

ОДГОВОР

Potrebne su korpice za aparat:

Disolucioni aparat usklađen prema EP/USP/JP/VP

То је „high-head“ verzija са 6 test stanica; састоји се из 6 USP стаклених посуда са заобљеним дном, numerisаних; 6 осовина за меšaче по USP методи 1 и 2 које су numerisане; 6 pedalica, USP method 2, numerisаних.

Aparat poseduje eksterni grejač/cirkulator са podesivom temperaturom у воденом купатилу 30°C до 50°C, са тачношћу $\pm 0,2^\circ\text{C}$; 1 PT100 temperaturni senzor за мерење temperature у воденом купатилу; LED displej са parametarima testa (vreme testa, brzina okretanja mešača, temperatura у воденом купатилу).

Podesiva brzina obrtanja mešača од 20 RPM до 220 RPM са тачношћу max. ± 1 RPM; rezolucija pokazivanja 0,1 RPM. Aparat је од nekorozivnih materijala.

Напомена: Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са наведеним одговором.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА НАБАВКУ Н 33/20

проф. др Ивана Нешић

